

Reporte de Circular



Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

DATOS DEL PROCESO

Número de Expediente:	PG.SA.-739/26
Número de Pliego:	2-0056-CME26
Objeto del Pliego:	Provisión de equipo de Rayos X con destino a la Morgue Judicial de Lomas de Zamora
Unidad Operativa:	2 -PODER JUDICIAL-MINISTERIO PUBLICO-PROCURACION GENERAL

DETALLE DE LA CIRCULAR

Número de Circular:	1
Tipo de Circular:	Con consulta
Tipo de proceso:	Contratacion Menor
Fecha Publicación:	20/07/2026

MOTIVO

CIRCULAR ACLARATORIA N°1 - RAYOS PIMAX SRL RESPECTO DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO SOLICITADO Y LA APERTURA DE OFERTAS

ACLARACIONES

1. CONSULTA N° 1 – RAYOS PIMAX SRL

Estimados, buenos días.

1 -Les solicitamos si por favor enviarnos más especificaciones del equipo que solicitan, no nos queda claro que es lo que están buscando.

Por ejemplo: ¿Es a baterías o no? ¿Es digital directo o no?

2 -¿La apertura se realiza a través de esta plataforma o es presencial?

Desde ya muchas gracias.

RESPUESTA:

1- DE ACUERDO A LO INFORMADO POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICO CIENTÍFICA DE LA POLICÍA JUDICIAL, NO SE REQUIERE UN EQUIPO RODANTE DIGITAL DIRECTO SINO INDIRECTO Y NO SE SOLICITA CON ALIMENTACIÓN A BATERÍAS.

2- DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PUNTO 11- APERTURA DE OFERTAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES: “La apertura de ofertas se efectuará a través del portal <https://pbac.cgp.gba.gov.ar> generándose en forma electrónica y automática el Acta correspondiente.”

SIN EMBARGO, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL PUNTO 9- OFERTAS – SU PRESENTACIÓN DEBERÁ PRESENTARSE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN FORMATO PAPEL.

MODIFICACIONES

No se registraron modificaciones.