

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CROMATÓGRAFO

Contrato Anual de mantenimiento sobre equipo **GC Clarus 680 + SQ8T + Generador de Hidrogeno** marca *Perkin Elmer*.

Incluye:

1. Un (1) servicio de inspección preventiva.
2. Un (1) servicio de inspección preventiva y verificación de la performance con informe detallado.
3. Un (1) servicio denominado de emergencia de hasta 8 horas de labor (tiempo de respuesta para visitas de emergencia de 72-96 hs días hábiles)
4. Los siguientes consumibles:

Nro Parte	Descripcion	Cantidad
N9301193	Trampa de H2O (Agua).	3,00
09921004	ORING 9/32 OD X 5/32 ID	2,00
N6121009	PSS Quart split Deactwool 2x4x	1,00
09902143	O-RING FID	1,00
N6101182	MOLDING-9000 AS VIAL LOCATOR	1,00
N6470012	FILAMENT ASSY-RHENIUM 0.008	1,00
N6480080	KIT-BLIZ SOURCE COMPONENTS DIS	1,00
N9307097	LE BAG-HYDROGEN GENERATOR DEIO	1,00
N9306065	DESICCANT-PGH2 REFILL	1,00
N9301179	Trampa de O2 (Oxígeno).	2,00
N9301192	TRAP-HYDROCARBON 1/8 FITTING	1,00
09923492	VAC PUMP OIL-EDWARDS 45	1,00
09923504	ABSORBENT ALUMINA BEADS	1,00