



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA REPARACION
MORGUERAS DE 2 CUERPOS

Objeto: Reparación de dos (2) morgueras de dos (2) cuerpos cada una.

De los trabajos en cada unidad

- Reparación de la unidad motocondensadora
- Reacondicionamiento de tablero de control de temperatura
- Montaje de control digital de temperatura y cableado de potencia
- Limpieza de evaporadora interna y externa
- Recambio de motoventilador
- Deshidratado
- Reparación de bisagras y cierres de las puertas.
- Reacondicionamiento de marcos de puertas y apoyos
- Recambio de bases rodantes
- Recambio de aislamiento térmica

Todos los materiales y/o repuestos serán nuevos y cumplir con las normativas vigentes, debiéndose entregar junto con los equipos arreglados copia de la documentación que lo certifique.
Las morgueras se retirarán y entregarán luego en el Depósito de calle 70 n° 324, La Plata, previa coordinación con este Departamento.

Plazo: 60 días

Notas:

- Se coordinará con este Departamento para ver los equipos: Tel (0221) 439-1400
- El proveedor deberá otorgar garantía por los trabajos realizados.

Arg. M. ANAHI BOTO
Deplo. Arquitectura e Infraestructura
Procuración General

Departamento de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General
AB
La Plata, 15 de Mayo de 2012