

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Termociclador punto final Veriti y Termociclador punto final Qiamplifier: para

ambos equipos se requiere una única visita anual al Laboratorio

- Protocolo de mantenimiento preventivo anual especificado por el fabricante
- Limpieza, lubricación y descontaminación, según protocolo del fabricante
- Calibraciones y corrida de los controles indicados por el fabricante

Robot de extracción de ADN EZ1: una única visita anual en el Laboratorio

- Adquisición e instalación de set de 6 Plunger, Biorobot EZ1(#:9017186)
- Adquisición del PM kit, EZ1xl (#9020177)
- Cambios de O-rings, limpieza general, limpieza profunda del Plunger Unit, lubricación de guías. Revisión general de funcionamiento

Set de 28 micropipetas: se envían por correo al prestador de servicio,

envío únicoanual

- Servicio de calibración de las micropipetas
- Informe individual de cada micropipeta

Microcentrífugas: una única visita anual en el Laboratorio

- Servicio de calibración

